

## DEFIBRILLATEURS A L'ULB



### ❖ Localisation par campus

#### ➤ Solbosch

- Bâtiment D – Niveau 2 - Hall d'entrée à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment D15 (Logements) – Niveau 1 - Hall ascenseur.
- Bâtiment D31 (Logements) – Niveau 1 - Hall ascenseur.
- Bâtiment E1 – Niveau 2 – Hall d'entrée à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment F1 (Logements Peers et Reclus) – Aile A – Hall d'entrée côté parking.
- Bâtiment F2 (Logements Mandela) – Niveau 1 – Hall d'entrée.
- Bâtiment H – Entrée 2 Héger – Niveau 1 – Entre les ascenseurs et l'escalier qui mène à la Bibliothèque.
- Bâtiment L – Entrée E – Hall d'entrée à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment N/B – Niveau 2 – Hall à proximité des ascenseurs.
- Bâtiment S – Niveau 1 – Hall d'entrée à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment U/B – Niveau 1 - Entrée côté square Servais – A proximité du tableau incendie
- Bâtiment R39 – Niveau 1 – Hall d'entrée.
- Dispatching du Service de Protection et Sécurité (ex. Surveillance Générale).

#### ➤ Plaine

- Bâtiment B/C – Niveau 2 – Hall de la rotule.
- Bâtiment F (Forum) – Niveau 2 – Sas d'entrée du restaurant.
- Bâtiment Jefke – Derrière le bar.
- Bâtiment L (Logements Lafontaine) – Niveau 3 – Face aux escaliers.
- Bâtiment N/O – Niveau 3 – Sas d'entrée.

#### ➤ Flagey

- Bâtiment Flagey – 2<sup>ème</sup> étage – Couloir du décanat.

#### ➤ Uccle

- Bâtiment ISTI – Rez-de-chaussée – Hall d'entrée.

#### ➤ Erasme

- Bâtiment C – Niveau 2 - Hall d'entrée à proximité des ascenseurs.
- Bâtiment G/E – Niveau 1 – Hall, face aux ascenseurs.
- Bâtiment L (Logements Russel) – Niveau 3 – Face aux escaliers.
- Bâtiment N – Niveau 1 – Couloir vers le P.
- Bâtiment O – Niveau 1 – Hall d'entrée à proximité du tableau incendie.

#### ➤ Gosselies

- Bâtiment A – Niveau 1 – Hall d'entrée à proximité du tableau incendie.

### ❖ Important

En cas d'utilisation d'un défibrillateur, il est impératif :

- de toujours prévenir le n° d'urgence de votre campus (7 pour le Solbosch, la Plaine, Gosselies et le 22 pour Erasme) et/ou le 112.
- d'informer le dispatching du Service de Protection et Sécurité (ex. Surveillance Générale) au 02/650 26 14) afin qu'il soit vérifié et que les électrodes soient remplacées.

Dernière mise à jour 20/12/2018